



# Videomed Ltda

Venda e Assistência Técnica de Aparelhos para Endoscopia Digestiva Flexível, Processadoras, Monitores e Impressoras. Acessórios e Material de Consumo.

AUTORIZADA  
**PENTAX**

CLIENTE.....: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

FONE1.....: (81)2011-0200

E-MAIL.....: upaearruda@tecsaude.com.br

CELULAR.: ( ) -

ENDEREÇO...: RUA. PROFESSOR JOSE DOS ANJOS, S/N - - ARRUDA - RECIFE - PE

SITUAÇÃO.: 1 ORÇAMENTO MO

**OS: 007075**

EQUIPAMENTO.: COLONOVIDEOSCÓPIO PENTAX

DATA.: 17/11/2020

Marca: PENTAX

Modelo: EC 380LKP

Série: H110691

Acessórios:  Caixa  Mala  Válvula Aspiração  Válvula A / W  Válvula Aeração  Válvula Biópsia  Recipiente de água  
 Outros: Tampa de imersão

### CONCLUSÕES TÉCNICAS

Técnico: Márcio Henrique Bezerra

Após análise técnica foi constatado que o aparelho encontra-se com vazamento pelo Tubo de Inserção, Tubo Conector com dobras abaixo do Cone do Corpo e embaixo do Cone de Conector, Tubo de Inserção rasgado (1-2) e dobras (1-9), Fibra de Luz com aproximadamente 90% de iluminação e Canal de Biópsia desgastado.

Últimas Mnt's: OS 6763 (17/09/20) Revisão da Ponta Flexível e Roldana Up/Dow n.  
OS 5698 (09/07/18) Desobstrução  
OS 5191 (18/04/18) Troca da placa setup entre aparelhos da UPA-E ( Arruda).

#### Danos que podem vir com a infiltração:

Videoscópios: Manchas e/ou interferências na imagem, fibra de luz pode vir a zerar e até mesmo perda total da imagem.  
Fibroscópios: Manchas e/ou pontos partidos na imagem, fibra de luz pode vir a zerar e até mesmo perda total da imagem.

ITEM	QTDE	PEÇAS A SEREM TROCADAS	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	01	Borracha Ponta Colono 12,8mm Original	600,00	600,00
2	01	Tubo Conector Pentax Linha K 14mm	1.900,00	1.900,00
3	01	Canal de Biópsia Colono Pentax 3,8mm	1.700,00	1.700,00
4	01	Malha Ponta Flexível Pentax Gastro 9,8mm Original	300,00	300,00
5	08	Cabo 0,54mm 6x7 AA Inox Colono/Duodeno (metro)	80,00	640,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO.: R\$</b>			<b>5.140,00</b>	

#### OBSERVAÇÕES:

\* O valor do orçamento poderá sofrer alguma alteração após a desmontagem do aparelho.

\* O Tubo de Inserção será aproveitado do Colonovideoscópico EC 380LKP, serial H110798 conforme autorização da UPA-E Arruda - Recife - PE.

C.N.P.J.: 01.994.968/0001-43 – Inscr. Estadual: 0237979-16

Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 714 - Recife - PE - CEP: 51.021-310

Fone/Fax: (81) 3467-4545 - comercial@videomedbr.com.br - www.videomedbr.com.br



# Videomed Ltda

Venda e Assistência Técnica de Aparelhos para Endoscopia Digestiva Flexível, Processadoras, Monitores e Impressoras, Acessórios e Material de Consumo.

AUTORIZADA  
**PENTAX**

CLIENTE.....: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

FONE1.....: (81)2011-0200

E-MAIL.....: upaearruda@tecsaude.com.br

CELULAR.: ( ) -

ENDEREÇO...: RUA. PROFESSOR JOSE DOS ANJOS, S/N - -ARRUDA - RECIFE - PE

SITUAÇÃO.: 1 ORÇAMENTO MO

**OS: 007075**

EQUIPAMENTO.: COLONOVIDEOSCÓPIO PENTAX

DATA.: 17/11/2020

Marca: PENTAX

Modelo: EC 380LKP

Série: H110691

( ) AUTORIZAMOS

( ) NÃO AUTORIZAMOS

Este serviço conforme os termos do orçamento, que é de nosso pleno conhecimento.

Nome legível do responsável: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Local e data: \_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/\_\_

### DADOS DE FATURAMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ INSC. ESTADUAL: \_\_\_\_\_

END.: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_ COMPL.: \_\_\_\_\_

BAIRRO: \_\_\_\_\_ CIDADE: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ FONE: ( ) \_\_\_\_\_ FAX: ( ) \_\_\_\_\_

CONTATO: \_\_\_\_\_

### FORMA DE PAGAMENTO

( ) À vista - R\$ 5140

### CONSIDERAÇÕES GERAIS

1) **Prazo de entrega:** até 20 (vinte) dias úteis, a partir da data de aprovação da proposta, este prazo se estenderá caso as peças cotadas não estiverem disponíveis em estoque;

2) **Validade da proposta:** 30 (trinta) dias;

3) **Garantia:** 90 (noventa) dias a partir da data de entrega, contra qualquer defeito de serviço neste orçamento especificado. Problemas com lâmpadas, fibras óticas, lentes, e material de consumo, a garantia se limita a integridade do material na data de entrega. Problemas causados por uso indevido, manipulação inadequada ou violação do equipamento, não serão cobertos pela garantia.

Antenciosamente,

**Márcio Henrique Bezerra**

**Diretor Administrativo**

Cel: (81) 9971-6016

**C.N.P.J.: 01.994.968/0001-43 – Inscr. Estadual: 0237979-16**

Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 714 - Recife - PE - CEP: 51.021-310

Fone/Fax: (81) 3467-4545 - comercial@videomedbr.com.br - www.videomedbr.com.br