

À UP AE CARUARU
Att: Coordenação Geral

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO CORRETIVO

A TECSAÚDE, Eng. Hospitalar vem através deste documento solicitar autorização para execução de serviço corretivo para o equipamento abaixo descrito.

Equipamento: **ELETRONISTAGMOGRAFO**
Marca: **CONTRONIC**
Modelo: **SCE**
Número de Série: **1464**

Em avaliação de orçamento corretivo apresentado pela empresa CONTRONIC, a mesma é fabricante do equipamento em questão, foi confirmado a necessidade de substituição do CABO DO SCE e CONECTORES, afirmado avaliação anterior pela engenharia clínica. Por se tratar de peça exclusiva, não sendo disponibilizada a terceiros, apenas a assistência do fabricante, apresentamos processo para manutenção corretiva com substituição de peças (em anexo). Solicitamos assim autorização para execução do serviço, a ser efetuada pela empresa fabricante.

Salientamos que este processo viabilizar o retorno a execução dos exames de OTONEURO, ofertados por esta instituição, o qual encontra-se paralisado devido a esse serviço corretivo.

Sem mais e a disposição para esclarecimentos.



TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar

José Anderson
Técnico Equipa. Médicos
TECSAÚDE

Caruaru, 06 de outubro de 2020.