

NOTA TÉCNICA - CME

OBJETIVO: Realização Limpeza dos instrumentais e artigos utilizados nos exames e cirurgias.

Escova Curvada

DESCRIÇÃO:

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas; cabo antiderrapante, levemente curvada. Comprimento de 18,5cm.

MODELO:



JUSTIFICATIVA:


Material fundamental para realização de limpeza de cubas, bacias e materiais com designer arredondado.

Escova Reta

DESCRIÇÃO:

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas; cabo antiderrapante, com pega confortável. Comprimento de 17,8cm.

MODELO:



JUSTIFICATIVA:

Material fundamental para realização de limpeza de caixa, container, ranhuras e instrumentais cirúrgicos em geral.

Escova para instrumentais de pequeno porte

DESCRIÇÃO:

Escova com cerdas em nylon com tratamento antimicrobiano; cabo anatômico. Comprimento de 18,2cm.

MODELO:



JUSTIFICATIVA:

Material fundamental para realização de limpeza de instrumentais de pequeno porte como os oftalmológicos.

Escova em ambas as extremidades

DESCRIÇÃO:

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas em ambas as extremidades; cabo antiderrapante. Comprimento de 17,8cm.

MODELO:



JUSTIFICATIVA:

Material fundamental para realização de limpeza de cremalheiras, ranhuras e conexões de instrumentais cirúrgicos delicados.

Escova para instrumentais canulados

DESCRIÇÃO:

Escova nylon para limpeza. Medida: 1,0mm x 18cm.

MODELO:



JUSTIFICATIVA:


Material fundamental para realização de limpeza de instrumentais cirúrgicos de oftalmologia.

Kit de Escovas para endoscópios

DESCRIÇÃO:

Kit de escovas, com cerdas de nylon antimicrobianas
1 Escova flexível de 200cm de comprimento, dupla extremidade
1 Escova para válvula com ponta dupla
1 Escova para válvulas com ponta única, curta
1 Escova para válvulas com ponta única

MODELO:



JUSTIFICATIVA:

Material fundamental para realização de limpeza de endoscópios, válvulas e similares.

Escova para limpeza dos endoscópios

DESCRIÇÃO:

Escova flexível de 200cm de comprimento, dupla extremidade para limpeza dos endoscópios e similares.

MODELO:



JUSTIFICATIVA:

Material fundamental para realização de limpeza de endoscópios, válvulas e similares.

Escova para limpeza dos Broncoscopio

DESCRIÇÃO:

Escova flexível de 150cm de comprimento, uma extremidade para limpeza dos broncoscópios e similares.

MODELO:



JUSTIFICATIVA:

Material fundamental para realização de limpeza de broncoscópios e similares.

Caruaru, 03 de Novembro de 2020.


Lislely Kawana N. Pereira
Coord. de Enfermagem
COREN-PE: 466.243
UPAE Caruaru HCP Gestão

Lislely Kawana Nicácio Pereira
Coordenadora de Enfermagem
Coren-PE 466243